

ДОМ ЗДРАВЉА ДР НИКОЛА ЏАМИЋ 104782314

КРАЉЕВАЧКА БР. 21

36210 ВРЊАЧКА БАЊА

Србија

## Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама

Предмет набавке: **Набавка реагенаса за апарат Неоцхем 40**

Референтни број: **ЈН 10**

Текст захтева	Одговор - појашњење
<p>Поштовани,</p> <p>Сходно дефинисаној партји у обрасцу структуре цена у партији "Реагенси и контроле за апарата НеоЦхем 40" приметили смо да је дошло до мале техничке грешке код ставке бр. 11 - Детергент А (5л). Наиме, овако дефинисан системски реагенс, за горе наведени апарат, термилошки не одговара реагенсу који је потребан за рад на апарату НеоЦхем 40, и исти би требало да се преименује у Детергент А40.</p> <p>Да ли је прихватљиво изменити термилошки назив уставци бр. 1, да се уместо реагенса Детергент А (5л) преименује у Детергент А40 (5л) ?</p> <p>Унапред захвални,</p>	<p>Поштовани,</p> <p>Наручилац прихвата сугестију Понуђача и назив ће бити преименован у Детергент А40. Обзиром да се ради о термилошкој грешци, Наручилац неће продужавати рок за подношење понуда.</p> <p>с поштовањем,</p>